

INTENDED USE

Uricell 1600 **REAGENT** is used for rinsing of flow system while passing patient to patient . This product is used for BT URICELL 1600 and URIT UC 1800 automatic urine analyzers.

FUNCTIONS

With the functions of emulsification and catalysis, the detergent can emulsify the fat,distribute the solidified dirt and transform the protein into a water solubility amino acid to maintain the cleanness of pipelines and flow cell.With the good moist function, it also can discharge bubbles does not impact of the instrument's use life ,and will not colorate and corrupt the pipelines.

REAGENT COMPOSITION

Buffer and detergent

REAGENT PREPARATION

Ready to use

STABILITY AND STORAGE

- 1.Store in dark place ,keep away from direct sunlight ,temperature should be 2 - 35°C.
- 2.Expire date 24 month that sealed storage and avoid exposing to direct sunlight ; 90 days after unscrewing the detergent container.

OPERATIONAL PROCEDURE

Details please refer to the operation manual of the urine sediment analyzer.

SPESIFIKASYONLAR

- 1.The pH value is 11,5±0,5 (25 °C ± 1 °C)
- 2.Blank value: when you do the blank test in the urine sediment analyzer ,the total number of particles value should be 0.

RESTRICTION,PRECAUTION AND NOTICE

1. Use the detergent under the professional technician's guidance.
2. Make sure that the using reagent is suitable for your analyzer any mismatch will lead to misleading results.
3. Dispose the remains after 60 days of use after unscrewing the detergent container.
4. If product has been frozen, let it warm to room temperature, and gently invert product to mix it completely. Verify background results before analyzing patient samples.

Product PH > 11: Skin Corrosive 1B H314 Causes severe skin burns and serious eye damage

P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P264: Wash thoroughly after handling

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301 + P330 + P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P303 + P361 + P353: IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all

contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P304 + P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P363: Wash contaminated clothing before reuse.

P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P321: Specific treatment (see ... on this label).

KULLANIM AMACI

Uricell 1600 **REAKTİFİ**, hastadan hastaya geçerken sıvı yolu mekanizmasını temizliğinde kullanılır. Bu ürün BT URICELL 1600 ve URIT UC 1800 otomatik idrar analizörleri için uygundur.

FONKSİYONLARI

Emülsifikasyon ve kataliz fonksiyonları ile birlikte deterjan yağları çözer, katı kirlilikleri uzaklaştırır, proteinleri suda çözünebilir aminoasitlere dönüştürerek hortumların ve akış kuvvetini temizler. Nemlendirici özelliği ile birlikte hava kabarcıklarını uzaklaştırarak cihazın ve hortumların kullanım süresini etkilemez .

REAKTİFİN BİLEŞİMİ

Tampon ve deterjan

REAKTİFİN HAZIRLANMASI

Reaktif kullanıma hazırdır.

STABİLİTE VE DEPOLAMA

- 1.Karanlık bir yerde, direkt güneş ışığından koruyarak 2-35°C arasında saklayınız.
- 2.Son kullanma tarihi. eğer direkt güneş ışığından koruyarak ve kapağı açılmamış ise 24 ay ; eğer kapağı açılmış ise 90 gündür.

OPERASYONEL PROSEDÜR

Detaylar idrar sedimenti cihazının kullanım kitabında tanımlanmıştır.

SPESİFİKASYONLAR

1. pH değeri 11,5 ±0,5 (25 °C ± 1 °C)
- 2.Kör değeri: idrar sedimenti cihazında kör testi çalıştığınızda toplam partikül sayısı 0 olmalıdır.

KISITLAMALAR,UYARILAR VE NOT

1. Deterjanı tecrübeli teknisyen rehberliğinde kullanınız.
2. Kullandığınız deterjanın cihazınıza uygun olduğundan emin olunuz, herhangi bir uyumsuzluk, yanlış sonuçlar verecektir.
3. Kapağı açıldıktan 60 gün sonra kullandığınız deterjandan kalanı imha ediniz.
4. Reaktif donmuşsa, reaktifi oda sıcaklığına getiriniz ve nazik bir şekilde döndürerek tamamını karıştırınız. Background sonuçları ile doğrulayınız. Ürün PH >11 olduğundan Cilt aşındırıcı 1B H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın

P264 Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA;ağzınızı durulayın,istifra etmeye çalışmayın

P303+P361+P353 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE;kirlenmiş tüm giysilerinizi

çıkartın ,cildinizi su ile yıkayın/duş alın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz

havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun

P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayınız.

P305+P351+P338 Gözle teması halinde suyla birkaç dakika durulayınız.Takılı ve

yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız.Durulamaya devam ediniz.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın

P321 Özel müdahale gerekli ise etikete bakınız



Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.
Biyolojik risk



Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirlenmeyin çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Rev.Date-Tarih / No: 01.12.2020 /2

BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23
www.btproducts.com.tr - www.bilimseltip.com