

**INTENDED USE**

URICELL 1280 REAGENT B is suitable for daily maintenance and rinsing the flow system, as well as sample dilution.

**FUNCTIONS**

With the functions of emulsification and catalysis, the detergent can emulsify the fat, distribute the solidified dirt and transform the protein into a water solubility amino acid to maintain the cleanness of pipelines and flow cell. With the good moist function, it also can discharge bubbles does not impact of the instrument's use life, and will not colorate and corrupt the pipelines.

**REAGENT COMPOSITION**

Antibacterial agent, buffer and surfactant.

**REAGENT PREPARATION**

Ready to use

**STABILITY AND STORAGE**

1. Store in dark place, keep away from direct sunlight, temperature should be 2 - 35°C.
2. Expire date 24 month that sealed storage and avoid exposing to direct sunlight; 90 days after unscrewing the detergent container.

**OPERATIONAL PROCEDURE**

Details please refer to the operation manual of the urine sediment analyzer.

**SPEŞİFİKASYONLAR**

1. The pH value is 9,0±0,5 ( 25 °C ± 1 °C )
2. Blank value: when you do the blank test in the urine sediment analyzer, the total number of particles value should be 0.

**RESTRICTION, PRECAUTION AND NOTICE**

1. Use the detergent under the professional technician's guidance.
2. Make sure that the using reagent is suitable for your analyzer any mismatch will lead to misleading results.
3. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water or seek medical advice.
4. Avoid inhaling the reagent.
5. Tight up the container's cap to prevent from volatilization and contamination.
6. Dispose the remains after 60 days of use after unscrewing the detergent container.
7. If product has been frozen, let it warm to room temperature, and gently invert product to mix it completely. Verify background results before analyzing patient samples.

**KULLANIM AMACI**

URICELL 1280 REAKTİF B, numune dilüsyonu yapmanın yanısıra günlük bakım ve akış hattı sistemlerinin temizliği için uygundur.

**FONKSİYONLARI**

Emülsifikasyon ve kataliz fonksiyonları ile birlikte deterjan yağları çözer, katı kirlilikleri uzaklaştırır, proteinleri suda çözünebilir aminoasitlere dönüştürerek hortumların ve akış küvetini temizler. Nemlendirici özelliği ile birlikte hava kabarcıklarını uzaklaştırarak cihazın ve hortumların kullanım süresini etkilemez.

**REAKTİFİN BİLEŞİMİ**

Antibakteriyel ajan, tampon ve yüzey aktif madde

**REAKTİFİN HAZIRLANMASI**

Reaktif kullanıma hazırdır.

**STABİLİTE VE DEPOLAMA**

1. Karanlık bir yerde, direkt güneş ışığından koruyarak 2-35°C arasında saklayınız.
2. Son kullanma tarihi. eğer direkt güneş ışığından koruyarak ve kapağı açılmamış ise 24 ay; eğer kapağı açılmış ise 90 gündür.

**OPERASYONEL PROSEDÜR**

Detaylar idrar sedimenti cihazının kullanım kitabında tanımlanmıştır.

**SPEŞİFİKASYONLAR**

1. pH değeri 9,0±0,5 ( 25 °C ± 1 °C )
2. Kör değeri: idrar sedimenti cihazında kör testi çalıştığınızda toplam partikül sayısı 0 olmalıdır.

**KISITLAMALAR, UYARILAR VE NOT**

1. Deterjanı tecrübeli teknisyen rehberliğinde kullanınız.
2. Kullandığınız deterjanın cihazınıza uygun olduğundan emin olunuz, herhangi bir uyumsuzluk, yanlış sonuçlar verecektir.
3. Göz ve deri ile temasından sakınınuz. Temas durumunda bol miktarda suyla yıkayınız veya tıbbi destek alınız.
4. Reaktifli solumayınız.
5. Buharlaşma ve kontaminasyondan korumak için reaktifin kapağını sıkıca kapatınız.
6. Kapağı açıldıktan 60 gün sonra kullandığınız deterjandan kalanı imha ediniz.
7. Reaktif donmuşsa, reaktif oda sıcaklığına getiriniz ve nazik bir şekilde döndürerek tamamını karıştırınız. Background sonuçları ile doğrulayınız.



Caution, refer to accompanying documents.  
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.  
Biyolojik risk



Consult instructions for use.  
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.  
Çevreyi kirlilemeyin çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici  
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

**BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23  
www.btproducts.com.tr - www.bilimseltip.com

Rev.Date-Tarih / No: 05.05.2016 /0